

	ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	รหัสเอกสาร	FM-LAB-02-03
		แก้ไขครั้งที่	00
		วันที่เริ่มใช้	23 พฤศจิกายน 2563
		หน้า	1 ใน 1
ประเภทเอกสาร		แบบฟอร์มทวนสอบเครื่องมือ ประจำปี	
ชนิดเครื่องมือ: กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดผิววัตถุ		ยี่ห้อ: JEOL	รหัสเครื่อง : 62-11-220000-202-00387-0001
		ผู้รับผิดชอบ: นางสาวสุจิตรา แสงชัยศรี	

วันที่	SEM Calibration			ผู้ดำเนินการ	หมายเหตุ
	Electron Gun (มากกว่า 70 Hz)	Wobble (ภาพมีการสั่นทั้ง 2 แกนน้อยที่สุด)	Grid Check (เส้นขอบของตาราง grid ชัดเจน)		

สรุปผล

วันที่	SEM Calibration			ผู้ดำเนินการ	หมายเหตุ
	Electron Gun (มากกว่า 70 Hz)	Wobble (ภาพมีการสั่นทั้ง 2 แกนน้อยที่สุด)	Grid Check (เส้นขอบของตาราง grid ชัดเจน)		

สรุปผล

ผู้ตรวจสอบ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ