

	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	รหัสเอกสาร	FM-LAB-02-03
		แก้ไขครั้งที่	00
		วันที่เริ่มใช้	23 พฤศจิกายน 2563
		หน้า	1 ใน 1
ประเภทเอกสาร		แบบฟอร์มทวนสอบเครื่องมือ ประจำปี	
		รหัสเครื่อง : 63-11-220000-202-00462-0001	
ชนิดเครื่องมือ: เครื่องผลิตน้ำระดับห้องปฏิบัติการ		ยี่ห้อ: Merk Millipore	ผู้รับผิดชอบ: นางสาวสุจิตรา แสงชัยศรี

รายละเอียดการทดสอบ

วันที่	อุณหภูมิ	รายการทวนสอบ	ค่าที่พึงยอมรับ	ผลที่ได้					เฉลี่ย	ผู้ดำเนินการ	หมายเหตุ
				1	2	3	4	5			
		Resistivity (MΩ-cm)	> 18 MΩ-cm								
		Conductivity (μS/cm)	< 0.056 μS/cm								
		ความดันน้ำเข้า	ต่างกันไม่เกิน 5 bar								

สรุปผล

ผู้ตรวจสอบ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

..... ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ