

	ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	รหัสเอกสาร	FM-LAB-02-03
		แก้ไขครั้งที่	00
		วันที่เริ่มใช้	23 พฤศจิกายน 2563
		หน้า	1 ใน 1
ประเภทเอกสาร		แบบฟอร์มทวนสอบเครื่องมือ ประจำปี	
ชนิดเครื่องมือ: เครื่องวิเคราะห์สมบัติการดูดซับและปล่อย หลังการดูดซับทางกายภาพของสาร		ยี่ห้อ: Anton Paar	รหัสเครื่อง : 63-11-220000-202-00578-0001
		ผู้รับผิดชอบ: นางสาวสุจิตรา แสงชัยศรี	

วันที่	BET Calibration		ผู้ดำเนินการ	หมายเหตุ
	Multi-point Surface Area 98.50 (±7.53) m ² /g	Single-point Surface Area 96.67 (±7.57) m ² /g		

สรุปผล

ผู้ตรวจสอบ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ