

	ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	รหัสเอกสาร	FM-LAB-02-03
		แก้ไขครั้งที่	00
		วันที่เริ่มใช้	23 พฤศจิกายน 2563
		หน้า	1 ใน 1
ประเภทเอกสาร		แบบฟอร์มทวนสอบเครื่องมือ ประจำปี	
รหัสเครื่อง : 62-11-220000-202-00349-0001			
ชนิดเครื่องมือ: เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของ สารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน (TGA)		ยี่ห้อ: Perkin Elmer	
		ผู้รับผิดชอบ: นางสาวปัทมา ทิพย์บรรพต	

รายการทดสอบ

วันที่	Temperature Calibration			Weight Calibration		ผู้ดำเนินการ	หมายเหตุ
	Material	ค่า onset value	ค่า onset value ที่วัดได้	Ref. weight (mg)	Measured (mg)		
	Alumel	154.2±10		194±5			
	Nikel	355.3±10					
	Iron	770±10					
	Alumel	154.2±10		194±5			
	Nikel	355.3±10					
	Iron	770±10					

สรุปผล

ผู้ตรวจสอบ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

..... ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ