



ใบรายงานผลการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการแจ้งซ่อมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

ส่วนที่ 1 รายงานผลการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

|                                               |    |         |
|-----------------------------------------------|----|---------|
| รายการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จำนวน | 38 | เครื่อง |
| จำนวนเครื่องมือสภาพปกติ                       | 38 | เครื่อง |
| จำนวนเครื่องมือสภาพผิดปกติ                    | 2  | เครื่อง |

ส่วนที่ 2 การแจ้งซ่อมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

|                               |         |       |
|-------------------------------|---------|-------|
| จำนวนการแจ้งซ่อม              | จำนวน 4 | ครั้ง |
| ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์     | จำนวน 4 | ครั้ง |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน          | จำนวน - | ครั้ง |
| สามารถดำเนินการแก้ไขได้เอง    | จำนวน 2 | ครั้ง |
| ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้เอง |         |       |
| จัดส่งบริษัทซ่อม              | จำนวน 2 | ครั้ง |
| รอส่งซื้ออุปกรณ์              | จำนวน - | ครั้ง |

หมายเหตุ

ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์มีการซ่อมแซมทั้งหมดทั้งหมด 4 ครั้ง คือ

1. ตู้อบขนาดไม่เกิน 60 ลิตร ทำการเปลี่ยนตัวรักษากระแสไฟให้คงที่ 1 ตัวตามใบสั่งซื้อเลขที่ .....
2. ตู้ดูดควันพัดลม Blower ไม่ทำงาน ทำการเช็คสะพานไฟตัดไฟฉุกเฉินเนื่องจากไฟตกบ่อยครั้ง
3. เตาให้ความร้อนหน้าเตาแตก ไม่สามารถซ่อมได้เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ตกรุ่นและไม่มีอะไหล่เปลี่ยนดำเนินการแจ้งทำการแจ้งหน่วยงาน
4. เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง โปรแกรมและ Load Cell มีปัญหา ทำการตรวจเช็คพร้อมช่างของบริษัทตัวแทน แจ้งว่าจะให้ราคาสูงเท่ากับการซื้อเครื่องใหม่ บริษัทแนะนำให้ทำการตั้งบื้อเพื่อทดแทน

*นายณัฐพันธ์ สวงค์ดีรัมย์*

นายณัฐพันธ์ สวงค์ดีรัมย์

นักวิทยาศาสตร์

6 / ก.ค. /65

*ดร.พิรพงศ์ หนูช่วง*

ดร.พิรพงศ์ หนูช่วง

รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ

ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

6 / ก.ค. /65