



ใบรายงานผลการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแจ้งซ่อมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

ส่วนที่ 1 รายงานผลการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์		
รายการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์	จำนวน	47 เครื่อง
เครื่องมือสภาพปกติ	จำนวน	47 เครื่อง
เครื่องมือสภาพผิดปกติ	จำนวน	1 เครื่อง
ส่วนที่ 2 การแจ้งซ่อมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์		
การแจ้งซ่อม	จำนวน	1 เครื่อง
ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์	จำนวน	- เครื่อง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	จำนวน	3 เครื่อง
สามารถดำเนินการแก้ไขได้ด้วยตนเอง	จำนวน	- เครื่อง
ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ด้วยตนเอง		
- จัดส่งบริษัทซ่อม	จำนวน	1 เครื่อง
- รอสั่งซื้ออุปกรณ์	จำนวน	- เครื่อง

สรุปผล

ตลอดไตรมาสที่ 2/2568 มีการใช้บริการ จำนวน 17 ครั้ง มีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น 7 รายการ เครื่องมือทุกรายการมีความพร้อมในการใช้งานทุกเครื่อง 100 เปอร์เซ็นต์ และมีการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จำนวน 1 เครื่อง คือ เครื่องวิเคราะห์ธาตุ (EDS) ได้ทำการบำรุงรักษาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่จำนวน 2 เครื่อง ณ ห้องเรียน SC 105 และห้อง SC 110A จำนวน 1 เครื่องซึ่งใช้เป็นห้องรับรองผู้ขอรับบริการ

(นางสาวสุจิตรา แสงชัยศรี)

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

30/4/2568

(ผศ.ดร.พิรพงศ์ หนูช่วย)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ฝ่ายเครื่องมือ

30/4/2568