



วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ใบแจ้งซ่อม

เครื่อง -ชุดแปรรูปนอมอาหารด้านเทคโนโลยีการแช่แข็ง freeze Dry

ส่วนที่ 1 บันทึกการแจ้งซ่อม

-เครื่องซิลเลอร์เกิดAlarm มอเตอร์พัดลม

ผู้แจ้ง อัมรินทร์

09 / 02 / 2569

อัมรินทร์
(นายอัมรินทร์ อาจกล้า)

09 / 02 / 2569

นายช่างบำรุงฯ

พิภพ หนูช่วย

ดร.พิภพ หนูช่วย

รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

ส่วนที่ 2 การดำเนินการ ☐ ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย (ระบุรายละเอียด) ☒ ไม่สามารถซ่อมได้ (ระบุสาเหตุ)

-หนูกัดสายแรงดันขาด มอเตอร์พัดลมเลยไม่ทำงาน

ต้องทำการ เปลี่ยนสายแรงดันเป็นท่อทองแดงโดยให้ช่างบริษัททำการเสนอราคา

ลงชื่อ
/ /

หมายเหตุ (กรณีที่ไม่สามารถดำเนินงานซ่อมแซมได้)

☐ จัดส่งบริษัทซ่อม☐ รอสั่งซื้ออุปกรณ์

อื่น ๆ

ลงชื่อ
/ /

หมายเหตุ